

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Директора КНП «ПЕРЕЯСЛАВСЬКИЙ ЦПМСД»

(Царенок Наталія Петрівна)

06.08.2026 р.

Замовник: КНП «ПЕРЕЯСЛАВСЬКИЙ ЦПМСД»

Код ЄДРПОУ: 38424617

Адреса: вул. Богдана Хмельницького, 137, м. Переяслав, Київської обл., 08403

Категорія: юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади

Вид закупівлі: запит пропозицій постачальників в електронному каталозі

ОБГРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі
(на підставі постанови Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

№ з/п	Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності)	Очікувана вартість	Ідентифікатор закупівлі	Обґрунтування	
				технічних та якісних характеристик предмета закупівлі	очікуваної вартості закупівлі
1	2	3		4	5
1	Пробірки вакуумні: Об'єм 3 мл., розмір: 13x75 мм, наповнювач: КЗ ЕДТА, колір кришки: Бузковий, стерильна, код ДК 021:2025: 33141600-6 - Контейнери та пакети для забору матеріалу для аналізів), код НК 024:2023: 47588 - Пробірка вакуумна для відбирання зразків крові IVD (діагностика in vitro) з КЗЕДТА – 500 шт..	3 745,00 грн. (три тисячі сімсот сорок п'ять гривень 00 копійок)	UA-2026-08-06-002281-a	Товар має бути належним чином зареєстрованим в Україні в установленому порядку, внесений до Державного реєстру медичної техніки та медичних виробів та/або введений в обіг відповідно до законодавства у сфері технічного регулювання та оцінки відповідності, у передбаченому законодавством порядку. Товар, що постачається, повинен відповідати встановленим вимогам стандартів, технічних умов або преїскурантів, мати упаковку, маркування, термін придатності згідно з вимогами чинного законодавства. Якісні та технічні характеристики визначені з урахуванням реальних потреб підприємства.	Під час визначення очікуваної вартості предмета закупівлі враховувалась примірна методика визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, що затверджена наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275. Проаналізовано інформацію про ціни в таких відкритих джерелах: у відкритих інформаційних джерелах мережі Інтернет
2	Пробірки вакуумні: Об'єм 3,5 мл., розмір: 13x75 мм, наповнювач: Активатор згортання (кремнезем) та гель, колір кришки: Жовтий, стерильна, код ДК 021:2025: 33141600-6 - Контейнери та пакети для забору матеріалу для аналізів), код НК 024:2023: 42386 - Пробірка вакуумна для взяття зразків крові з активатором згортання IVD (діагностика in vitro) – 500 шт.				